

Augustów, dn. 26 maja 2023 r.

Dotyczy : Dostawa aparatury medycznej do Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie nr referencyjny 14/ZP/2023

Zadanie Nr 1 – OCT

Pytanie nr 1

Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści aparat SLO OCT (HD SLO + śledzenie siatkówki): - jednoczesne pozyskiwanie obrazowania przekrojowego OCT i obrazowania dna oka pod kątem 40 stopni w oparciu o skaningowy oftalmoskop laserowy (SLO)?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści źródło optyczne o długości fali: 880 nm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści aparat z szybkością skanowania 85 000 A-skanów/sek?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści aparat o rozdzielczości axialnej: 7µm (optyczna) 4 mikrony cyfrowa?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści aparat z głębokością skanowania w trybie A-scan 2.1 mm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem dioptrii: od – 15D do +10D ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z rodzajami badań: Macula Line, Macula Cross, Macula Map, Macula Multicross, Macula Multi(Horizontal), Macula Multi(Vertical), Macula Radial, Disc Circle, Disc Map, Disc Radial, Corne Line, Cornea Cross, Cornea Radial, Aca Line, Angio: plamka I dysk ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści aparat z minimalną wielkością źrenicy: 2,5 mm ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści aparat z polem widzenia: 40 stopni.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści aparat bez algorytmu C-OMAG ?

Zamawiający dopuszcza.

*Dyrektor SPZOZ w Augustowie
/-/ Danuta Zawadzka*