

Augustów, dnia 16 kwietnia 2024 r.

1/ZP/2024

- strona prowadzonego postępowania -  
- wszyscy Wykonawcy -

### Zmiana treści SWZ

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp  
pn.: „**Podniesienie jakości świadczonej opieki medycznej poprzez modernizację oraz  
doposażenie SOR w Augustowie – Etap I**”

Na podstawie art. 137 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów informuje że zmienia treść SWZ:

1. w zakresie **części 2 zamówienia - Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń**, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu wniesionym do przedmiotowego przez postępowania w dniu 11 kwietnia 2024 r., przez TMS Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84,02-952 Warszawa, Zamawiający unieważnia czynność zmiany Opisu przedmiotu zamówienia – dla części nr 2 zamówienia, dokonanego w ramach wyjaśnień treści SWZ z dnia 02 kwietnia 2024 r. (zestaw pytań nr 2 – Pytanie nr 1 dot. załącznika nr 2 do SWZ, str. 11), w zakresie modyfikacji pkt 1 wymagania odnośnie wymiany/rozbudowy powyższego systemu i urządzeń, którymi dysponuje Zamawiający, poprzez przywrócenie poprzednich zapisów SWZ, tj. w następujący sposób:

Zamawiający posiada system <b>PACS/RIS firmy Alteris</b> , który znajduje się na serwerze oraz serwer plików do przechowywania kopii bezpieczeństwa. Serwer: DELL EMC PowerEdge R540, Jeden procesor Intel Xeon Silver 4208 2.1 GHz 8-core 16 wątków, 32 GB pamięci RAM DDR4, płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, zainstalowane 6 dysków twardych o pojemności 4TB 3,5” NLSAS 7.2k RPM Hot-Plug oraz 2 dyski SSD o pojemności 480 GB, wbudowana dwu portowa karta Gigabit Ethernet ze złączami BaseT, 1 port USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 1 port RS232. Serwer plików: QNAP z zainstalowanymi 6 dyskami twardymi o pojemności 4TB		
<b>WYMAGANIA ODNOŚNIE WYMIANY/ROZBUDOWY POWYŻSZEGO SYSTEMU I URZĄDZEŃ, KTÓRYMI DYSPONUJE ZAMAWIAJĄCY</b>		
<b>1.</b>	Integracja z obecnym systemem PACS/RIS, który jest zintegrowany z systemem HIS Zamawiającego lub wymiana na nowy system PACS/RIS.	Tak

#### w Rozdziale 10w pkt 1 SWZ przed zmianą jest:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **13-07-2024 r.**

#### w Rozdziale 10w pkt 1 SWZ **po zmianie** jest:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **17-07-2024 r.**

**w Rozdziale 12 w pkt 1 i pkt 3 SWZ przed zmianą jest:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **18-04-2024 r., do godz. 10:00.**, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie E-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Centrum pomocy”, dostępnej na stronie: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf>.
3. **Otwarcie ofert** nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 18-04-2024 r., o godz. 10:10.**

**w Rozdziale 12 w pkt 1 i w pkt 3 SWZ po zmianie jest:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **19-04-2024 r., do godz. 10:00.**, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie E-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>
  2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Centrum pomocy”, dostępnej na stronie: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf>.
  3. **Otwarcie ofert** nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 19-04-2024 r., o godz. 10:10.**
3. Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

/-/ Danuta Zawadzka