

Augustów, dnia 19 lutego 2025 r.

1/ZP/2025

- strona prowadzonego postępowania -
- wszyscy Wykonawcy –

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn.:
**„Dostawa implantów ortopedycznych, staplerów i Liga-Shure dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie”**

Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320) Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów:

1. Przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

PYTANIA Z DNIA 16-01-2025 r.

Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania:
Zadanie 12

1. Prosimy o dopuszczenie dwuskładnikowego kleju Nex Glue o znacznie lepszych parametrach niż opisany w formularzu cenowym: klej który chcemy zaoferować posiada lepsze właściwości mechaniczne i adhezyjne, nie wymaga zamrożenia i przechowywania w obniżonej temperaturze, łatwiejszy w użyciu w przeciwieństwie do fibrynowych, które wymagają pracochłonnego przygotowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Klej Nex Glue który chcemy zaoferować to klej do tkanek, stosowany do łączenia, uszczelniania i wzmacniania tkanek miękkich. w formie dwukomorowej strzykawki niewymagający manualnego mieszania składników (mieszanie wewnątrz aplikatora), sterylne opakowanie o pojemności 5 ml, zawiera strzykawkę oraz 4 standardowe aplikatory mieszające.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA Z DNIA 20-01-2025 r.

Pytania do SWZ:
Zadanie nr 11

1. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 23G (0,6 mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 21G (0,8 mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotki o śr. osłonki 1,7 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Z DNIA 22-01-2025 r.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem w zakresie załącznika nr 2 część 13 pozycja 7. Związku z faktem, iż pręty wectranowe są prętami jednorazowymi zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji prętów węglowych wielokrotnego użytku pokrytych warstwą izolacyjną w zakresie $\varnothing 8$ mm, dł. 65-600 mm które mają dokładnie takie samo zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Z DNIA 30-01-2025 r.

Przesyłam pytanie do Zadania 12:

Czy Zamawiający w zakresie zadania 12 poz 1 , ma na uwadze zaoferowanie pojemności kleju tkankowego o pojemności dotychczas stosowanej w placówce, tj. 2ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA Z DNIA 04-02-2025 r.

Pytania do postępowania 1/ZP/2025 DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH, STAPLERÓW I LIGA-SHURE DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE

Zadanie 11, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o śr. 2, 3mm według wymagań Zamawiającego, natomiast kleszcze Jumbo o śr. 2,8 mm wyłącznie bez igły, innego producenta niż HMM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle z możliwością cięcia z użyciem koagulacji o średnicach 10, 15, 25, 32 mm, z funkcją rotacji oraz pętle do cięcia wyłącznie na zimno o średnicach 10, 15 mm, bez funkcji rotacji' oba rodzaje pętli posiadające skalowaną rękojeść?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści klipsownice z ramionami o rozpiętości ramion wyłącznie 11 mm i 16 mm, średnica osłonki 2,6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania o średnicy 0,6 mm lub 0,8 mm, dł. igły 4 mm lin 6 mm (do wyboru Zamawiający), średnica osłonki 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści szczotki o długości 250 cm, średnica osłonki 1,7 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści szczotki z włosiem o śr. 5 mm z jednej strony, 10 mm z drugiej stron, długość szczotki 20 mm oraz 30 mm, średnica osłonki 1,7 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA Z DNIA 10-02-2025 r.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy:

Dot. Zadanie nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 pkt 5 Gwóźdź Rusha, o wymiarze Ø 2,4 - 4,0mm zamiast Ø 2,4 -4,8mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. W celu ułatwienia identyfikacji zaoferowanego asortymentu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny o nazwie „Numer katalogowy”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie kolumny o nazwie „Numer katalogowy” i modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy poprzez dodanie ww. kolumny.

3. Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować zapis pod formularzem cenowym, że asortyment z poz. 3 Wkręty, gwoździe i druty (stalowe) będzie dostarczany sukcesywnie na zamówienie? W/w asortyment zaliczany do tzw. implantów drobnych i nie przechowuje się go zwyczajowo w bankach lecz dostarczany jest według bieżących potrzeb.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy w Załączniku nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dot. zadania nr 5 poprzez dodanie: „Asortyment z poz. 3 Wkręty, gwoździe i druty (stalowe) będzie dostarczany sukcesywnie na zamówienie”.

4. Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować zapisy pod formularzem cenowym, że asortymentu z poz. 2 Inne pkt 1 - Modułowy implant głowy kości promieniowej wraz

z instrumentarium, będzie dostarczany każdorazowo na zabieg?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy w Załączniku nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dot. zadania nr 5 poprzez dodanie: "Asortyment z poz. 2 Inne pkt 1 - Modułowy implant głowy kości promieniowej wraz z instrumentarium, będzie dostarczany każdorazowo na zabieg."

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ w odniesieniu do Zadania nr 5:

5. Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 SWZ:

a) ppkt 3) Czy Zamawiający dopuści modyfikację zapisu z: przekazanie nowego instrumentarium, na: przekazanie sprawnego technicznie instrumentarium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

b) ppkt 4 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, że zapis mówiący o umożliwieniu rozbudowania pierwotnego instrumentarium o przedłużki i augmenty - nie dotyczy asortymentu z Zadania nr 5? Wskazany zapis nie ma zastosowania do asortymentu z Zadania nr 5.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

c) ppkt 7) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia napędu w zakresie Zadania nr 5?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu.

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy w odniesieniu do Zadania nr 5:

1. §3 - Czy Zamawiający w celu realizacji podpisanej umowy dopuści kanał komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą za pośrednictwem aplikacji udostępnionej nieodpłatnie przez Wykonawcę, służącej w szczególności do: składania zamówień, przesyłania protokołów zużycia, nadzorowania zdeponowanych stanów magazynowych? Wykonawca przeszkoli Zamawiającego z jej obsługi i zapewni wsparcie techniczne. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie tej formy komunikacji w zapisach umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający w §1 ust. 4, że doprecyzuje zapis dot. wymogu wymiany ostrzy po każdym zabiegu – poprzez dodanie „o ile dotyczy”? Zapis jest zbyt ogólny, z zakresie zadań co do których ostrza nie są wymagane zapis umowy jest bezzasadny, w związku z czym należałoby dodać sentencję – o ile dotyczy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść załącznik nr 5 do SWZ - § 1 ust. 4 wzoru umowy dot. wymogu wymiany ostrzy po każdym zabiegu – poprzez dodanie „o ile dotyczy”.

w § 1 ust. 4 wzoru umowy **przed zmianą** jest:

Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do użyczenia kompletnego instrumentarium do ich wszczepiania (zakładania) na okres obowiązywania umowy oraz wymiany ostrzy po każdym zabiegu operacyjnym (na podstawie protokołu zużycia).

w § 1 ust. 4 wzoru umowy **po zmianie** będzie:

Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do użyczenia kompletnego

instrumentarium do ich wszczepiania (zakładania) na okres obowiązywania umowy oraz wymiany ostrzy po każdym zabiegu operacyjnym (na podstawie protokołu zużycia) – o ile dotyczy.

3. Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

a. §1 ust. 2 pkt 2 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

b. §3 ust. 4 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 16, iż pięciokrotne/trzykrotne naruszenie postanowień w dostawie uprawniające do odstąpienia od umowy musi wystąpić w kolejnych po sobie dostawach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 17, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIA Z DNIA 11-02-2025 r.

1. Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 odstąpi od opisanego wymogu bezpłatnego użyczenia napędu do zabiegów oraz odstąpi od wymiany ostrzy po każdym zabiegu operacyjnym (na podstawie protokołu zużycia).

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogów.

2. Dotyczy zadania 1 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający:

- kotwica 3,5mm x 15,8mm
- kotwica 4,75mm x 19,1mm, z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski),
- prowadnica do wiertła (celownik),
- wiertło 2,7mm,
- wiertło kaniulowane 2,7mm,
- wiertło 3.4mm,
- gwintownik do kotwicy 3,5mm,
- gwintownik do kotwicy 4,75mm,
- drut Kirschnera 1,35mm,
- igła – 2 szt.
- pętla nitinolowa długość 200mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Dotyczy zadania na 1 poz. 33

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Jednorazowy system gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki. System umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta. Set składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera system podwójnej strzykawki 15 ml. System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności. W zależności od zapotrzebowania operatora preparat PRP może być przygotowany bez użycia środka przeciwzakrzepowego (cytrynianu).

Produkt pakowany zbiorczo po 5 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy zadania 1 poz. 43

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzi: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy 12 mm x 2,6 mm z dwoma otworami na nici, śruba biokompozytowa o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wierzący średnica 3,2 mm z miarką o średnicy dedykowanej do guzika, śrubokręt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy zadania 1

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres instrumentarium oraz implantów dla Zadania 1 zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem. Taki zapis pozwala Zamawiającemu na dostosowywanie ilości zdeponowanych zestawów do potrzeb zabiegowych jednostki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy §2 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Prosimy o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznych z uwagi na to, że taka forma może doprowadzić do omyłek w realizacji zamówienia. Składanie zamówień tylko drogą mailową (pisemną) pozwala na dokładniejszy i bardziej kontrolowany proces.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od możliwości składania zamówień telefonicznych.

7. Dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Wykonawca będzie weryfikował termin ważności Wyrobów w Magazynie i w razie stwierdzenia, że termin ważności danego Wyrobu upływa za 15 miesięcy, zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 5 dni od zawiadomienia zweryfikować taką informację oraz w przypadku jej potwierdzenia zwrócić takie Wyroby. W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru w ciągu 30 dni taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w § ... Umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Dotyczy §5 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Prosimy o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji i wymiany towaru po uznaniu reklamacji na 7 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść załącznik nr 5 do SWZ: - § 5 ust. 5 wzoru umowy.

w § 5 ust. 5 wzoru umowy **przed zmianą jest:**

5. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do uzupełnienia braków ilościowych oraz wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji. Dotyczy to asortymentu będącego w składzie, jaki i dostarczanego bezpośrednio.

w § 5 ust. 5 wzoru umowy **po zmianie będzie:**

5. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do uzupełnienia braków ilościowych oraz wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji. Dotyczy to asortymentu będącego w składzie, jaki i dostarczanego bezpośrednio.

9. Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS

dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zmienia treść SWZ:

w Rozdziale 12 w pkt 1 i pkt 3 SWZ przed zmianą jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 25-02-2025 r., do godz. 10:00., za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie E-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>.
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Centrum pomocy”, dostępnej na stronie: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf>.
3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 25-02-2025 r., o godz. 10:10.

w Rozdziale 12 w pkt 1 i pkt 3 SWZ po zmianie będzie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **26-02-2025 r.**, do godz. 10:00., za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie E-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>.
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Centrum pomocy”, dostępnej na stronie: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf>.
3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu **26-02-2025 r.**, o godz. 10:10.

3. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
4. Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

/-/ dr Adam Dębski