

Augustów, dnia 18 marca 2026 r.

DA.251.15.2026

- strona prowadzonego postępowania -
- wszyscy Wykonawcy -

Wyjaśnienie treści SWZ

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp pn.:
„Dostawa implantów”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów:

1. Przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

PYTANIA Z DNIA 12-03-2026 r.

1. **Czy Zamawiający dopuści w części 8 jako produkt równoważny- Dwumobilną endoprotezę stawu nadgarstkowo – śródreźnego o następujących parametrach:**

Poz1.

Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 4 rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24 mm do 30mm z przeskokiem długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru? Trzpień dostępny także w wersji LONG.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2

Szyjkę ze stali nierdzewnej, dostępną w wersji z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6,7 mm, 8,7 mm lub 10,7 mm Szyjka z główką 4 mm, zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7,8 mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 137°?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3

Panewkę ze stopu tytanu TA6V ELI pokrytą podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępną w wersji sferycznej (z czterema płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości) dostępne 3 średnice: 8 mm, 9mm oraz 10 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w części 9 jako produkt równoważny – Endoprotezę stawu nadgarstkowo – śródreźnego w wersji standardowej antyalergiczej o następujących parametrach:

Poz1.

Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 4 rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24 mm do 30mm z przeskokiem długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru? Trzpień dostępny także w wersji LONG.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2

Szyjkę ze stopu tytanu TA6V ELI, dostępną w wersji z 15° offsetem, w 4 rozmiarach: M; L, XL, XXL i długościach (bez główki) od 9,7 mm do 15,7 mm. Szyjka zakończona główką 4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.3

Panewkę ze stopu tytanu TA6V ELI pokrytą podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępną w wersji sferycznej (z czterema płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości) dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm? Panewka dostarczana wraz z wkładką polietylenową UHMWPE.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dla części 8 i 9 odstąpi od konieczności tworzenia depozytu i wyrazi zgodę na dostawy Loaner set max. w ciągu 48h od złożenia zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od konieczności tworzenia depozytu i nie wyraża zgody na dostawy Loaner set max. w ciągu 48h od złożenia zapotrzebowania?

PYTANIA Z DNIA 13-03-2026 r.

ZESTAW NR 1:

Zadanie nr 5

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych średnica 3,0 mm wyłącznie bez igły, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 23G (0,6 mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 21G (0,8 mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaferowanie szczotki o śr. osłonki 1,7 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 2:

Czy w pakiecie 3 pozycji 1 zamawiający dopuści produkt: Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm lub 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy w pakiecie 3 pozycji 2 zamawiający dopuści produkt: Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm lub 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 3:

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 1 dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku - średnica 2,2mm oraz 2,4mm o długości 160 cm lub 240 cm z igłą lub bez, oraz szczepce typu Jumbo o średnicy 2,8mm o długości 160cm lub 240cm z igłą lub bez. Szczęki szczypiec wykonane są z wysokiej jakości stali szlachetnej. Każda ze szczęk posiada dwa otwory oraz ząbki na obwodzie. Pancierz szczypiec, na całej długości szczypce pokryty jest substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 2 dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku o średnicach pętli 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 33mm, przystosowanych zarówno do wykonywania polipektomii „na zimno” jak i przy użyciu koagulacji, długość robocza narzędzia 240cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 3 dopuści klipsownice jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji 360 stopni w obu kierunkach. Rozpiętość ramion 11mm i 17mm, dedykowane do kanałów roboczych

endoskopu min. 2.8mm, długość robocza 155cm lub 235 cm – dla klipsa o rozwarości ramion 11mm; 235cm – dla klipsa o rozwarości ramion 17mm? Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem wskazania zawarte w instrukcji obsługi produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 4 dopuści Igły do ostrzykiwania jednorazowego użytku o przekroju w kształcie gwiazdy, wewnętrzny kateter zapewnia niezawodne manewrowanie wewnątrz krętych zmian nawet po załamaniu kateteru igły o średnicy 23G i 25G o max. długości ostrza igły 4mm lub 6mm o długości roboczej 200 cm lub 240 cm z mechanizmem zabezpieczania położenia igły pozwalającym na zablokowanie ostrza igły wewnątrz osłony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w Zadaniu 5 dopuści jednorazowe, dwustronne szczotki do czyszczenia kanału endoskopu o długości roboczej narzędzia 240cm i długości włosia z jednej strony 13mm i o długości włosia z drugiej strony 120mm posiadające zabezpieczone końcówki zapobiegające uszkodzeniom kanału endoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zmówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
3. Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

/-/ Adam Dębski