

Augustów, dnia 24 lutego 2026 r.

DA.251.6.2026

- strona prowadzonego postępowania -
- wszyscy Wykonawcy -

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. art. 132 ustawy Pzp pn.:
„Dostawa implantów”

Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów:

1. Przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

PYTANIE Z DNIA 28-01-2026 r.

Uprzejmie prosimy o wskazanie jakiej pojemności kleju tkankowego wymaga Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dla Zadania nr 11 poz. 1.

Odpowiedź: Pojemność 2 ml.

PYTANIA Z DNIA 06-02-2026 r.

Pytanie 1 do zadania 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzeniem komisji i zezwoli na przesyłanie zestawu implantów z narzędziami każdorazowo przed zabiegiem tzw. zestawem lotnym pozycji 13-36 ; 41-46 ?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu i wyraża zgodę.

Pytanie 1 do zadania 12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu depozytu i wyrazi zgodę na bezpośredni zakup elementów z zadania 12 poprzez zamówienie zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu i wyraża zgodę.

Pytanie 1 do zadania 13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzeniem komisji i zezwoli na przesyłanie zestawu implantów z narzędziami każdorazowo przed zabiegiem tzw. zestawem lotnym całości elementów z zadania 13 ?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu i wyraża zgodę.

Pytanie 1 do Załącznika nr 5 – projekt umowy, § 1, pkt. 2, podpunkt 3

Czy zamawiający odstąpi od wymogu przekazania nowego instrumentarium na rzecz aktualnie posiadanych w depozycie ?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przekazania nowego instrumentarium na rzecz aktualnie posiadanych w depozycie.

Pytanie 2 do Załącznika nr 5 – projekt umowy, § 1, pkt. 2, podpunkt 7

Czy zamawiający odstąpi od wymogu bezpłatnego użyczenia napędów do zabiegu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu.

PYTANIA Z DNIA 12-02-2026 r.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania kodów EAN na etapie składania ofert na rzecz dostarczenia w/w kodów na etapie już podpisanej umowy? Powyższe wynika z faktu, iż w/w kod jest nadawany dla każdego rozmiaru implantu jako indywidualny numer a w przypadku oferowania tak dużej ilości asortymentu w szerokim zakresie długości, średnic, wykaz takich kodów będzie liczyć nawet kilkadziesiąt pozycji dla jednego rodzaju implantu zaś kilka-kilkanaście tysięcy pozycji dla całego asortymentu z danego pakietu co znacznie wydłuży skompletowanie oferty. Stąd prosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania w Załączniku nr 2 Formularzu asortymentowo-cenowym EAN jeśli nadano lub producenta, kod handlowy.

Dot. Zadanie nr 14

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ostatniego zapisu pod formularzem cenowym dotyczącym zapewnienia przez wykonawcę nakładek celujących ułatwiających wprowadzenie wkrętów do płytek blokowanych z wkrętami wielokierunkowymi, gdyż jest to zapis bezprzedmiotowy, nie mający zastosowania do modułowego implantu z Zadania nr 14?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Zadanie nr 15

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ostatniego zapisu pod formularzem cenowym dotyczącym zapewnienia przez wykonawcę nakładek celujących ułatwiających wprowadzenie wkrętów do płytek blokowanych z wkrętami wielokierunkowymi, gdyż jest to zapis bezprzedmiotowy, nie mający zastosowania do wkrętów podskokowych z Zadania nr 15?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Zadanie nr 16

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 Gwóźdź Rusha, o wymiarze Ø 2,4 - 4,0mm zamiast Ø 2,4 - 4,8mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować, iż zapisy pod formularzem cenowym, dotyczące instrumentarium, banku, serwisu instrumentarium - dotyczą jedynie wkrętów kaniulowanych kompresyjnych typu Herberta, nie dotyczą zaś pozostałych wyrobów z tego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapisy pod formularzem cenowym, dotyczące instrumentarium, banku, serwisu instrumentarium - dotyczą jedynie wkrętów kaniulowanych kompresyjnych typu Herberta, nie dotyczą zaś pozostałych wyrobów z tego zadania.

3. Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować, iż implanty tzw. drobne z poz. 2-11 będą dostarczane sukcesywnie na zamówienie wg bieżących potrzeb Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że implanty tzw. drobne z poz. 2-11 będą dostarczane sukcesywnie na zamówienie wg bieżących potrzeb Zamawiającego?

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ostatniego zapisu pod formularzem cenowym dotyczącym zapewnienia przez wykonawcę nakładek celujących ułatwiających wprowadzenie wkrętów do płytek blokowanych z wkrętami wielokierunkowymi, gdyż jest to zapis bezprzedmiotowy, nie mający zastosowania do implantów drobnych z Zadania nr 16?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy w odniesieniu do Zadania nr 4,14,15,16

4. §1 ust. 2 pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści modyfikację zapisu z przekazanie nowego instrumentarium, na: przekazanie sprawnego technicznie instrumentarium?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie sprawnego technicznie instrumentarium.

5. §1 ust. 2 pkt 4 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż zapis mówiący o umożliwieniu rozbudowania pierwotnego instrumentarium o przedłużki i augmenty - nie dotyczy asortymentu z Zadań nr 4,14,15,16? Wskazany zapis nie ma zastosowania do asortymentu ze wskazanych Zadań.

Odpowiedź: Rozbudowanie pierwotnego instrumentarium o przedłużki i augmenty - nie dotyczy asortymentu z Zadań nr 4,14,15,16.

6. §1 ust. 2 pkt 7 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia napędu w zakresie Zadań nr 4,14,15,16?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia napędu w zakresie Zadań nr 4,14,15,16.

7. Czy Zamawiający w §1 ust. 4 doprecyzuje zapis dot. wymogu wymiany ostrzy po każdym zabiegu

– poprzez dodanie „jeżeli były wymagane w danym Zadaniu” ?

Odpowiedź: Zapis § 1 ust. 4 wskazuje, że wymiana ostrzy odbywać się będzie na podstawie protokołu zużycia.

- 8. §3 ust. 2 Czy Zamawiający w celu realizacji podpisanej umowy dopuści kanał komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą za pośrednictwem aplikacji udostępnionej nieodpłatnie przez Wykonawcę, służącej w szczególności do: składania zamówień, przesyłania protokołów zużycia, nadzorowania zdeponowanych stanów magazynowych? Wykonawca przeszkoli Zamawiającego z jej obsługi i zapewni wsparcie techniczne. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie tej formy komunikacji w zapisach umowy.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- 9. Czy Zamawiający zmieni termin określony w:**
a. §1 ust. 2 pkt 2 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?
b. §3 ust. 4 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin określony w § 1 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 z „48 godzin” na „2 dni robocze”.

- 10. Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis, że termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- 11. Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 16, iż pięciokrotne/trzykrotne naruszenie postanowień w dostawie uprawniające do odstąpienia od umowy musi wystąpić w kolejnych po sobie dostawach?**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 12. Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 16, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis w § 7 ust. 16, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy.

PYTANIA Z DNIA 13-02-2026 r.

ZESTAW NR 1:

1. Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie formy udostępnienia instrumentarium w trakcie realizacji umowy? Taki zapis pozwala na dostosowanie ilości i rodzaju zdeponowanych i wypożyczanych zestawów do potrzeb zabiegowych jednostki. Wprowadzenie takiego rozwiązania zapewni Zamawiającemu stały dostęp do odpowiednich zestawów, zwiększy bezpieczeństwo i efektywność realizowanych procedur medycznych, a jednocześnie wyeliminuje konieczność utrzymywania przez Zamawiającego nadmiarowego instrumentarium w komisie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy zadania 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie formy udostępnienia instrumentarium w trakcie realizacji umowy? Taki zapis pozwala na dostosowanie ilości i rodzaju zdeponowanych i wypożyczanych zestawów do potrzeb zabiegowych jednostki. Wprowadzenie takiego rozwiązania zapewni Zamawiającemu stały dostęp do odpowiednich zestawów, zwiększy bezpieczeństwo i efektywność realizowanych procedur medycznych, a jednocześnie wyeliminuje konieczność utrzymywania przez Zamawiającego nadmiarowego instrumentarium w komisie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy zadania 1

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem

4. Dotyczy zadania 15

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

5. Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie depozytu maksymalnie do 3 dni roboczych zamiast 48 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dotyczy zadania 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie depozytu maksymalnie do 3 dni roboczych zamiast 48 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dotyczy zadania 1 i 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od rozbudowania pierwotnego instrumentarium o przedłużki i augmenty w zadaniu nr 1 i 15? Zapis „umożliwienie rozbudowania pierwotnego instrumentarium o przedłużki i augmenty” nie dotyczy instrumentarium dla implantów opisanych w zadaniu 1 i 15.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Dotyczy zadania 1 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający:

- kotwica 3,5mm x 15,8mm
- kotwica 4,75mm x 19,1mm, z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski),
- prowadnica do wiertła (celownik),
- wiertło 2,7mm,
- wiertło kaniulowane 2,7mm,
- wiertło 3.4mm,
- gwintownik do kotwicy 3,5mm,
- gwintownik do kotwicy 4,75mm,
- drut Kirschnera 1,35mm,
- igła – 2 szt.
- pętla nitinolowa długość 200mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Dotyczy zadani 1 poz. 42

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Implant bezwęzłowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75mm x 24,5mm z tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwaną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy zadania 1 poz. 43

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy zadania 1 poz. 44

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Implant niewchłaniaalny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłaniałnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik

ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkretu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Dotyczy zadania 1 poz. 45

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Implant do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową.

Pętla złożona z szwów chirurgicznych w rozmiarze #6. Implant na jednorazowym podajniku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Dotyczy zadania 1 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Implanty załadowane do igły o szerokości 1,5mm. Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwany węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy zadania 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, sterylne, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Zamawiający zobowiązuje się pobierać z Depozytu towary o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired first out/ pierwsze weszło - pierwsze wyszło).

Odpowiedź: Zamawiający dodaje ww. zapis w § 3 projektu umowy.

16. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

W związku z koniecznością stworzenia użyczenia instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów, prosimy o dodanie do obecnego brzemienia wzoru umowy,

poniższych zapisów uszczegółwiających zasady użyczenia instrumentarium tj.:

- 1) Firma użycza instrumentarium dotyczy Pakiet nr-
- 2) Firma użycza sprzętu na niżej wymienionych warunkach:
- 3) Właścicielem sprzętu pozostaje Firma
- 4) Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia sprzętu
- 5) Firma oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Szpital jakichkolwiek wad w działaniu Sprzętu, Szpital powiadomi firmę jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy Sprzętu, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy. W razie wystąpienia usterki lub uszkodzenia Sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi lub użycia przez Szpital, Firma ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany Sprzętu, jeśli Sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek .
- 6) Szpital zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Szpital nie przekaże sprzętu osobom trzecim poza miejsce użytkowania, którym jest siedziba Szpitala. Szpital nie ma w szczególności prawa sprzedawać, wdzierżawiać, oddawać do używania Sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Firmy.
- 7) Firma zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny koszt.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje ww. zapis w § 3 projektu umowy.

17. Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW NR 2:

1. Czy Zamawiający dopuści w części 20 – Dwumobilną endoprotezę stawu nadgarstkowo – śródreźnego o następujących parametrach:

Poz1.

Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójplatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 4 rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24 mm do 30mm z przeskokiem długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru? Trzpień dostępny także w wersji LONG.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2 Szyjkę ze stali nierdzewnej, dostępną w wersji z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6,7 mm,

8,7 mm lub 10,7 mm Szyjka z główką 4 mm, zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7,8 mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 137°?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3 Panewkę ze stopu tytanu TA6V ELI pokrytą podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępną w wersji sferycznej (z czterema płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości) dostępne 3 średnice: 8 mm, 9mm oraz 10 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w części 21 – Endoprotezę stawu nadgarstkowo – śródreźnego w wersji standardowej antyalergiczej o następujących parametrach:

Poz1.

Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 4 rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24 mm do 30mm z przeskokiem długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru? Trzpień dostępny także w wersji LONG.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2

Szyjkę ze stopu tytanu TA6V ELI, dostępną w wersji z 15° offsetem, w 4 rozmiarach: M; L, XL, XXL i długościach (bez główki) od 9,7 mm do 15,7 mm. Szyjka zakończona główką 4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.3

Panewkę ze stopu tytanu TA6V ELI pokrytą podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępną w wersji sferycznej (z czterema płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości) dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm? Panewka dostarczana wraz z wkładką polietylenową UHMWPE.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIA Z DNIA 16-02-2026 r.

1. Prosimy o dopuszczenie dwuskładnikowego kleju do tkanek, stosowany do łączenia, uszczelniania i wzmacniania tkanek miękkich. w formie dwukomorowej strzykawki niewymagający manualnego mieszania składników (mieszanie wewnątrz aplikatora), sterylne opakowanie o pojemności 2ml, 5 ml, zawiera strzykawkę oraz 4 standardowe aplikatory mieszające, 10ml strzykawkę oraz 4 standardowe aplikatory mieszające, 3 końcówki rozprawdzające do strzykawki

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy o doprecyzowanie jakiej pojemności 2ml, 5ml, czy 10 ml kleju Zamawiający wymaga w pakiecie 12.

Odpowiedź: 2 ml.

PYTANIE Z DNIA 20-02-2026 r.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia komisji i dopuści dostarczanie przedmiotu zamówienia wraz z instrumentarium każdorazowo do zabiegów?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu.

2. Zmienia treść SWZ: Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 5 do SWZ - Projekt umowy i zamieszcza załącznik na stronie prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
4. Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

/-/ Adam Dębski