

Augustów, dnia 04 sierpnia 2025 r.

DA.251.9.2025

- strona prowadzonego postępowania -
- wszyscy Wykonawcy -

Wyjaśnienie treści SWZ

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 132 ustawy Pzp
pn.: „**Podniesienie jakości świadczonej opieki medycznej poprzez modernizację oraz
doposażanie SOR w Augustowie – Etap II/2**”

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) – Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów:

- 1) przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania z dnia 09.07.2025 r.

Pytanie 1 – Dotyczy: przyłóżkowy aparat RTG, pkt. 4. Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak wózek i generator wyprodukowane przez jednego producenta

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada podstawowe elementy wyprodukowane przez różnych producentów? Podkreślamy, że oferowany aparat posiada jeden certyfikat CE na całe urządzenie i jest sygnowane znakiem jednej firmy.

Wszystkie części z których składa się oferowane RTG są dostarczone przez renomowanych producentów, a przede wszystkim są w pełni kompatybilne i zintegrowane z oferowanym urządzeniem, a aparat jest objęty jednym certyfikatem CE oraz jedną deklaracją zgodności. Nie ma producenta, który fizycznie sam wyprodukowałby każdy element aparatu. Wybór tak kluczowych podzespołów produkowanych przez renomowanych producentów gwarantuje dostępność tych części przez wiele lat. Zmiana zapisu pozwoli na złożenie ofert większej grupie oferentów zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – Dotyczy: przyłóżkowy aparat RTG, pkt. 7. Skonfigurowanie i podłączenie urządzenia do systemem PACS i RIS wraz z niezbędnymi do podłączenia licencjami - zakup licencji i usług po stronie wykonawcy oraz pkt. 74. Skonfigurowanie i podłączenie urządzenia do systemem PACS i RIS wraz z niezbędnymi do podłączenia licencjami - zakup licencji i usług po stronie wykonawcy

Z uwagi na wymóg integracji prosimy Zamawiającego o podanie kosztu wykupu licencji od dostawcy szpitalnego systemu informatycznego w celu zapewnienia równej konkurencji wszystkim potencjalnym Wykonawcom. Prosimy również o podanie, kto jest dostawcą systemu RIS/PACS.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dostawcą Szpitalnego Sytemu Informatycznego Optimed NXT (HIS ang. Hospital Information System) jest firma Comarch. Natomiast dostawcą RIS/PACS jest firma Alteris.

Koszt wykupu licencji należy ustalić z dostawcami systemów.

Pytanie 3 – Dotyczy: generator, pkt. 10. Generator wysokiej częstotliwości $\geq 100\text{kHz}$

Prosimy o dopuszczenie generatora 50 kHz.

Konstrukcja oferowanego aparatu jak i pozostałe parametry zespołu lampy pozwalają na wykonywanie zdjęć kostno-płucnych bardzo wysokiej jakości przy minimalnej dawce promieniowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – Dotyczy: lampa RTG, kolimator, pkt. 28. Obrót kolimatora $\pm 90^\circ$.

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej poprzez dopisanie sformułowania „min” tj.

Obrót kolimatora min. $\pm 90^\circ$. Aktualny zapis dopuści aparaty posiadające obrót tylko ± 90 , a nie dopuszcza rozwiązań, które mają większy zakres ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia zapis w treści SWZ poprzez dopisanie: min. $\pm 90^\circ$.

Pytanie 5 – Dotyczy: lampa RTG, kolimator, pkt. 29. Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 8” na kółku pozwalający na wyświetlenie i zmianę warunków ekspozycji

Prosimy o dopuszczenie ekranu o przekątnej 7”. Funkcjonalność w postaci posiadania wyświetlacza posiadają tylko najlepsze aparaty na rynku. Wartość 7” również pozwoli użytkownikowi na wygodną pracę z aparatem. Ponadto wg naszej najlepszej wiedzy tylko aparat jednego producenta może spełnić ten wymóg. Zmiana zapisu pozwoli na złożenie ofert większej grupie oferentów zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – Dotyczy wózek z napędem, pkt. 50. Ładowanie akumulatorów detektorów w obudowie aparatu

Celem doprecyzowania wymogu prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści możliwość ładowania 1 akumulatora czyli baterii detektora w obudowanie aparatu oraz dodatkowo możliwość ładowania detektora w obudowie aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 – Dotyczy cyfrowy bezprzewodowy płaski przenośny detektor 35x43cm, pkt. 65. Rozdzielczość detektora $\geq 3,6\text{ lp/mm}$

Mając na celu doprecyzowanie parametru prosimy o dopuszczenie 3,57 lp/mm – wartość ta jest bezpośrednio skorelowana zależnościami matematycznymi z rozmiarem piksela 140 μm , którą Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 – Dotyczy: Wbudowana konsola operatora aparatu mobilnego, pkt. 75. Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist

Prosimy czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia osobnej klawiatury? Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzania danych tylko za pomocą klawiatury, która wyświetla się na monitorze dotykowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 – Dotyczy: Wbudowana konsola operatora aparatu mobilnego, pkt. 93. Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na dostępie do panelu statystyk zdjęć odrzuconych, natomiast bez opcji podglądu tych zdjęć?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10 – Dotyczy: Wbudowana konsola operatora aparatu mobilnego, pkt. 94. Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego

Prosimy o dopuszczenie konsoli bez tej funkcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 – Dotyczy: Wbudowana konsola operatora aparatu mobilnego, pkt. 97. Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8

Czy Zamawiający jest pewny, że będzie chciał drukować zdjęcia RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12 – Dotyczy: Wbudowana konsola operatora aparatu mobilnego, pkt. 103. Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym podać nazwę handlową

Prosimy o dopuszczenie oprogramowania tylko z podziałem wagowym. Podział wagowy jest w praktyce klinicznej bardziej precyzyjny niż wiekowy, z uwagi na indywidualne różnice w budowie ciała dzieci (zależne od siatek centylowych). Dwoje dzieci w tym samym wieku może mieć zupełnie różną masę ciała, co czyni sam wiek mniej dokładnym wskaźnikiem przy doborze parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 – Dotyczy: Wbudowana konsola operatora aparatu mobilnego, pkt. 106. Pilot do zdalnej ekspozycji z systemem alarmu dźwiękowego, włączanego, gdy nie jest odłożony do dedykowanej szuflady aparatu

Prosimy o dopuszczenie aparatu bez tej funkcjonalności. Jest to nowa funkcjonalność firmy Carestream i tylko ta firma spełnia ten wymóg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania z dnia 14.07.2025 r.

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo, w związku z ponownym wszczęciem postępowania na dostawę mobilnego przyłóżkowego aparatu RTG (Pakiet nr 5), uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający – tak jak miało to miejsce w poprzednim postępowaniu, które dotyczyło tożsamego przedmiotu Zamówienia – przychyliła się do poniższej prośby: "Zwracamy się z prośbą o usunięcie ujętego w punkcie 10 zał. nr 2 (OPZ) parametru i dopuszczenie tym samym do udziału w postępowaniu najwyższej jakości przyłóżkowego aparatu RTG, produkcji europejskiej, wyposażonego w generator o mocy 50 kW. Pragniemy zauważyć, iż aktualnie wymagany parametr 100 kHz jest nieproporcjonalny do realnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem aparatu będącego

przedmiotem zamówienia. Częstotliwość pracy generatora opisuje jedynie sposób wytwarzania wysokiego napięcia i nie ma wpływu na jakość wytworzonego wysokiego napięcia. O jakości wytworzonego wysokiego napięcia decyduje wielkość tętnień, która przekłada się na ilość niepożądanego promieniowania RTG. Powyższy parametr jest ściśle związany ze specyfikacją techniczną generatora i nie ma wpływu na kliniczne działanie systemu. Wobec tego zasadnym jest dokonanie zmiany powyższego wymagania, które w aktualnym ujęciu powoduje wyłącznie ograniczenie możliwości złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty przez wykonawców (w tym naszej spółki), dysponujących sprzętem zapewniającym prawidłowe działanie systemu. Przytoczona powyżej argumentacja została zapożyczona z odwołania przesłanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a samym odwołującym była firma GE Medical Systems. Oryginalna treść odwołania została przekazana do KIO w dniu 13.09.2024 r. i została obarczona sygnaturą KIO 3349/24." Będziemy wdzięczni za potwierdzenie powyższego stanowiska.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ujętego w punkcie 10 zał. nr 2 (OPZ) parametru i dopuszczenie tym samym do udziału w postępowaniu najwyższej jakości przyłóżkowego aparatu RTG, produkcji europejskiej, wyposażonego w generator o mocy 50 kW. Pragniemy zauważyć, iż aktualnie wymagany parametr 100 kHz jest nieproporcjonalny do realnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem aparatu będącego przedmiotem zamówienia. Częstotliwość pracy generatora opisuje jedynie sposób wytwarzania wysokiego napięcia i nie ma wpływu na jakość wytworzonego wysokiego napięcia. O jakości wytworzonego wysokiego napięcia decyduje wielkość tętnień, która przekłada się na ilość niepożądanego promieniowania RTG. Powyższy parametr jest ściśle związany ze specyfikacją techniczną generatora i nie ma wpływu na kliniczne działanie systemu. Wobec tego zasadnym jest dokonanie zmiany powyższego wymagania, które w aktualnym ujęciu powoduje wyłącznie ograniczenie możliwości złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty przez wykonawców (w tym naszej spółki), dysponujących sprzętem zapewniającym prawidłowe działanie systemu. Przytoczona powyżej argumentacja została zapożyczona z odwołania przesłanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a samym odwołującym była firma GE Medical Systems. Oryginalna treść odwołania została przekazana do KIO w dniu 13.09.2024 r. i została obarczona sygnaturą KIO 3349/24.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania z dnia 28.07.2025 r.

Dotyczy: Część nr 1 – Wózek do transportu pacjenta z możliwością RKO – 2 szt.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia.

2. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka regulowanego na dwóch kolumnach hydraulicznych z osłoną wykonaną z wysokiej jakości tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo opartej na 2 kolumnach w kształcie koła z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego leże wypełnione płytami HPL, odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szerokość całkowitą 810 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego długość całkowitą 2100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wysokość regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 910 mm, regulacja odbywa się za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego pozycję Trendelenburga regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 15°, regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka oraz pozycję anty-Trendelenburga regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 14°, regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, który będzie posiadał bezpieczne obciążenie robocze 310 kg? Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego barierki boczne składające się z poziomej poprzeczki łączącej wykonanej z profilu 35 x 25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym odstęp między poprzeczkami pionowymi wynosi 260 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego chwytty ze stali chromowanej do przetaczania wózka, składane w postaci rączek umieszczonych w parach tylko od strony szczytu głowy wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą dwóch sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 0° - 75° – regulacja płynna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego ruchomy segment nóg tj. segment uda regulowany za pomocą sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 0° - 24° – regulacja płynna oraz segment podudzia uda regulowany za pomocą rastomatu z blokadą w zakresie 0° – 15° ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego 5-te koło o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Z-CA DYREKTORA
DS. OPIEKI ZDROWOTNEJ

/ –/ Wioletta Tomaszyczka-Bednarczyk