

DOKZ.251.5.2025

Augustów, dnia 23 kwietnia 2025 r.

- strona prowadzonego postępowania -
- wszyscy Wykonawcy -

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
pn.: „**Podniesienie jakości świadczonej opieki medycznej poprzez modernizację oraz
doposażanie SOR w Augustowie**” – Etap II ”

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów:

- 1) przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania z dnia 18.04.2025 r.

1. dot. cz. 8 - czy Zamawiający dopuści dostawę w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. dot. cz. 8 - czy Zamawiający odstąpi od wymogu rokrocznych przeglądów, jako że sprzęt takowych nie wymaga? Pozostawienie wymogu rokrocznych przeglądów znacznie zwiększy koszt urządzenia dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje.

3. dot. cz. 8 - czy Zamawiający odstąpi od wymogu dokonywania wpisu przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta? Pozostawienie owego wymogu zwiększy koszt urządzenia dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.

4. dot. cz. 8 - czy Zamawiający wydłuży termin usunięcia wady do max. 10 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia terminu usunięcia wady.

5. dot. cz. 8 - czy Zamawiający dopuści w § 7. 1 1), 2) i 3) kary umowne w ogólnie przyjętym poziomie 0,2% netto/dziennie za opóźnienie? Kary w obecnej formie (1%) są nieadekwatnie wysokie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia wysokości kar umownych.

6. dot. cz. 8 - czy Zamawiający dopuści, aby chłodziarka do szczepionek nie była zgodna z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych? Chłodziarka laboratoryjna z definicji nie jest sprzętem medycznym i nie może spełniać wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2) zmienia treść SWZ:

1.

w Rozdziale 12 w pkt 1 i pkt 3 SWZ przed zmianą jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23.05.2025 r., do godz. 10:00., za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie E-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Centrum pomocy”, dostępnej na stronie: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf>.
3. **Otwarcie ofert** nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 23.05.2025., o godz. 10:10.,

w Rozdziale 12 w pkt 1 i pkt 3 SWZ po zmianie jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **27.05.2025 r., do godz. 10:00.**, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie E-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Centrum pomocy”, dostępnej na stronie: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf>.
3. **Otwarcie ofert** nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu **27.05.2025 r., o godz. 10:10.**,
2. Zamawiający zmienia nr ref postępowania wskazany w SWZ:
Przed zmianą jest: DOKZ.251.4.2025
Po zmianie jest: DOKZ.251.5.2025
3. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
4. Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

/-/ dr Adam Dębski