

Warszawa, 04.10.2018 roku

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 12
16-300 Augustów
Dział Zamówień Publicznych

ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI

Dotyczy: „DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE”
NUMER REFERENCYJNY 15/ZP/2018

Dotyczy części nr 5:

1. Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania pacjenta różniący się względem SIWZ:
 - możliwość zamocowania aparatu do pionowych rur i uchwytów (stojak do kroplówek, łóżko pacjenta)
 - system filtracji 0,2 µm
 - 4 zakresy temperatur: temperatura otoczenia, 36, 40, 44 st. C
 - prędkość przepływu powietrza
 - brak licznika przepracowanych godzin- przeglądy wykonywane w stałych odstępach czasu
 - wyświetlacz LED z możliwością wyświetlania temperatury powietrza wpływającej z przewodu grzewczego; w proponowanym rozwiązaniu czujnik temperatury umieszczony jest na końcu rury transmisyjnej a więc monitorowana jest wysokość temperatury wpływającej do kołderki grzewczej
 - w ofercie 16 rodzajów kołderek grzewczych przystosowanych do urządzenia, w których ciepłe powietrze rozprowadzane jest równomiernie poprzez podłużnie ułożone kanały tubowe, na których spodniej stronie znajdują się otworki wylotowe. Konstrukcja kocyka pozwala na równomierne oddawanie ciepła pacjentowi dzięki unikatowemu rozmieszczeniu otworów
 - kocyki na całe ciało pacjenta dorosłego 203 x 102 cm- 25 szt na aparat

Z poważaniem,

Marta Choromańska
Product Specialist