

Augustów, dnia 22 lutego 2022 r.

- wszyscy Wykonawcy -
- strona prowadzonego postępowania -

Zmiana treści i zmiana treści SWZ
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 132 ustawy Pzp
pn.: „Dostawa implantów ortopedycznych, staplerów i Liga - Shure dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie nr
referencyjny 2/ZP/2023

1. Na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) – Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmienia treść SWZ:

Pytania z dnia 10.02.2022 r.

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Set implantowy do naprawy korzenia tylnego łąkotki. Set implantowy złożony z:

- Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła pakowana pojedynczo, sterylna- 1 szt.
- Drut wierzący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia. Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kałanu. Łatwe odblokowanie i zablokowanie wiertła poprzez przycisk w jego dystalnej części. Wiertło sterylne w średnicy 6 mm- 1 szt.
- Kaniula artroskopowa miękka – kaniula elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych w średnicy 8mm i długości 30 mm- 1 szt.
- Mocna nić zakończona pętlą w rozmiarze #0 w kolorze biało niebieskim- 1 szt.
- Mocna nić zakończona pętlą w rozmiarze #0 w kolorze biało czarnym- 1 szt.
- Szew woskowany #2-0, długość 127 cm- 2 szt.
- Nić nitynolowa z oczkiem wraz z podajnikiem- 1 szt.
- Implant bezwężłowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany w średnicy 4,75mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwaną nicią

pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości- 1 szt.

- Wiertło oraz gwintownik do kotwicy bezwęzłowej- 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Set implantowy do naprawy korzenia tylnego łąkotki. Set implantowy złożony z:

- Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła pakowana pojedynczo, sterylna- 1 szt.

- Drut wierzący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia. Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kałanu. Łatwe odblokowanie i zablokowanie wiertła poprzez przycisk w jego dystalnej części. Wiertło sterylne w średnicy 6 mm- 1 szt.

- Kaniula artroskopowa miękka – kaniula elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych w średnicy 8mm i długości 30 mm- 1 szt.

- Nić nitynolowa z oczkiem wraz z podajnikiem- 1 szt.

- Nić zakończona pętlą o grubości #0- 2 szt.

- Szew woskowany #2-0, długość 127 cm- 2 szt.

- Implant do mocowania korówkowego w postaci płytki o szerokości 3,5 mm, z dwoma otworami na brzegach płytki. Otwory o kształcie ”łezkowatym” umożliwiające zawiązanie nici lub taśmy na implancie. Płytką wykonana ze stopu tytanu- 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Dotyczy zadania 3 poz. 3 i 4

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający w Zadaniu 3 poz. 3 i 4 wymaga wyceny zestawów do naprawy korzenia łąkotki, a nie ich poszczególnych elementów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

Dotyczy zadania 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Wielorazowe narzędzie do szwów typu scorpion. Narzędzie dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym. Umożliwia dostęp w ciasnych zakamarkach stawu kolanowego. Do wykorzystania z nicią #0 oraz szwu typu FiberWire 2-0 lub mini taśmy szwowej o wym. 0,9 mm. Ergonomicznie zaprojektowane narzędzie do obsługi jedną ręką. Narzędzie z płaską

szczęką służącą do złapania łątki i za pomocą kompatybilnej igły przeszycia jej nicią. Urządzenie umożliwia wielokrotne przeszycie tkanki u jednego pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Dotyczy zadania 5 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Hak do wiercenia kanału piszczelowego. Hak używany do procedury naprawy tylnego korzenia łątki. Stopa haka z wycechowaną miarką pozwalającą na zwizualizowanie miejsca wiercenia kanału.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Dotyczy zadania 5 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Cyrkiel. Cyrkiel do procedury naprawy tylnego korzenia łątki. Narzędzie z wycechowaną miarką kątową w zakresie od 70 do 100 stopni ze skokiem co 5 stopni

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Dotyczy zadania nr 5

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający w Zadaniu 5 wymaga wyceny poszczególnych elementów zestawów (poz. 2, 3, 5, 6, 8-13), a nie ceny za całe zestawy (poz. 1, 4, 7).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, wymaga wyceny zestawów.

Pytanie nr 8

Dotyczy zadania 6 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylne składający się z:

Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej - ostrze shavera 4 mm x 7 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.).

Wymagane instrumentarium:

Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9**Dotyczy zadania 6 poz. 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Wyciąg do operacji barku w pozycji leżącej. Wyciąg wykonany z metalu z uniwersalnym uchwytem do stołu operacyjnego. Wyciąg umożliwia zwiększenie napięcia wyciągu za pomocą ciężaru oraz zwiększenie pochylenia wyciągu za pomocą korby. Możliwość zmiany kąta ustawienia wyciągu po jego zamontowaniu za pomocą korby.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10**Dotyczy zadania 8 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu Punch, z ząbkowaną górną branszą tnącą. Wielkość prostej końcówki tnącej 1,4 mm, średnica trzonka 2,75 mm, szczęka zagięta w prawo 30 stopni. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11**Dotyczy zadania 8 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu Punch, z ząbkowaną górną branszą tnącą. Wielkość prostej końcówki tnącej 1,4 mm, średnica trzonka 2,75 mm, szczęka zagięta w lewo 30 stopni. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12**Dotyczy zadania 8 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu grasper, z ząbkami, górną i dolną branszą chwytającą. Średnica trzonka 2,75 mm, prosta szczęka, trzonek prosty. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. Narzędzie wyposażone w blokadę samozatrząskową.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13**Dotyczy zadania 3, 5, 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ostateczny kształt i zakres depozytu został ustalony po zawarciu umowy z docelowym użytkownikiem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14**Dotyczy zadania 3, 5, 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby instrumentarium niezbędnym do przeprowadzenia zabiegu były dostarczane bezpośrednio na zabieg w formule Tzw. "LOTNEJ" tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia, a tym samym odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium w ramach zadania 3, 5, 6.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby instrumentarium niezbędnym do przeprowadzenia zabiegu były dostarczane bezpośrednio na zabieg w formule Tzw. "LOTNEJ" tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia, a tym samym odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium **wyłącznie w ramach zadania 6.**

Pytanie nr 15**Dotyczy zadania 3, 5, 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i odstąpi od wymogu użyczenia napędów do zabiegów wykonywanych w zakresie zadania 3, 5, 6?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16**Dotyczy zadania 3, 5, 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i odstąpi od wymogu użyczenia balansera w zakresie zadania 3, 5, 6?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17**Dotyczy §6 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ)**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w postaci elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@spzoz.augustow.pl

Pytanie nr 18

Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o dodanie do obecnego brzemienia projektu umowy poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:
2. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
3. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
4. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
5. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie używał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
6. Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od wykorzystania materiału, protokół zużycia: PROTOKÓŁ ZUŻYCIA PRODUKTÓW.
7. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 15 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.
8. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
9. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
10. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.
11. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.
12. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.
13. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w §6.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia w powyższym zakresie treść załącznika nr 4 do SWZ poprzez dodanie § 3a do projektu umowy. Zmieniony załącznik umieszcza na stronie prowadzonego postępowania.

Pytania z dnia 13.02.2023

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

- a. §3 z „2 dni” na „2 dni robocze”,
- b. §4 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach lub dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy umowy. Zmieniony załącznik nr 4 do SWZ udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dookreśli w §4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w §4 wskazał terminy na rozpatrzenie reklamacji, tj.:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą : braków ilościowych w ciągu 48 godzin, wad jakościowych w ciągu 14 dni.”

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zmieni kary umowne określone w §7:

- c. z 1% wartości zamówionej partii towaru na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wysokości kar umownych określonych w § 7 projektu umowy

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7

Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej wysokości :

W przypadku opóźnienia w dostawie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości zamówionej partii towaru.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia projekt umowy w powyższym zakresie poprzez dodanie w § 6 zapisu:

„Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na e-mail: sekretariat@spzoz.augustow.pl”

Pytania z dnia 15.02.2023 r.

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

Zadanie 14, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczypcę biopsyjną jednorazowego użytku o śr. 2,3 mm, długości 160 cm i 230 cm – łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły oraz o śr. 3,0 mm (jumbo), długość 230 cm – łyżeczki owalne wyłącznie bez igły?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zadanie 14, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, średnice pętli 10 mm, 15 mm, 25 mm, 32 mm z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji oraz średnice pętli 10 mm i 15 mm do cięcia tylko na zimno, długość narzędzia 230 cm, bez funkcji rotacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Zadanie 14, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści klipsownice jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji, rozpiętość ramion 11 mm i 16 mm, średnica osłonki 2,6 mm, długość narzędzia 230 cm, z potwierdzeniem przez producenta możliwości wykonania badania MRI?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zadanie 14, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania jednorazowego użytku, średnica igły 23 G (0,6 mm) lub 21 G (0,8 mm), długość igły 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego), długość całkowita narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zadanie 14, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści szczotki czyszczące jednorazowego użytku dwustronne, długość 250 cm, średnica szczotki 6 mm, średnica osłonki 1,7 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie 14, poz. 7. Jakiej pojemności preparatu wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby preparat dostarczony był w opakowaniach o poj. 5 l.

Zestaw nr 2,

Pytanie nr 1

Pytanie dot. pak 15

Prosimy o dopuszczenie dwuskładnikowego kleju Nex Glue o znacznie lepszych parametrach niż opisany w formularzu cenowym: klej który chcemy zaoferować posiada lepsze właściwości mechaniczne i adhezyjne, nie wymaga zamrożenia i przechowywania w obniżonej temperaturze, łatwiejszy w użyciu w przeciwieństwie do fibrynowych, które wymagają pracochłonnego przygotowania.

Klej Nex Glue który chcemy zaoferować to klej do tkanek, stosowany do łączenia, uszczelniania i wzmacniania tkanek miękkich. w formie dwukomorowej strzykawkki niewymagający manualnego mieszania składników (mieszanie wewnątrz aplikatora), sterylne opakowanie o pojemności 5 ml, zawiera strzykawkę oraz 4 standardowe aplikatory mieszające.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pytanie o waloryzację do umowy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede

wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść § 7 umowy poprzez dodanie w pkt 4 ppkt 1a o następującej treści: „1a) wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianie w oparciu o wskaźnik zmian cen materiałów lub kosztów ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Zamawiający zmienia zapisy SWZ, w tym termin składania i otwarcia ofert, określony w rozdziale XIX SWZ oraz termin związania ofertą określony w rozdziale XVI SWZ, a mianowicie:

w Rozdziale XIX w pkt 1 i pkt 2 SWZ przed zmianą jest:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie e-Zamówienia

do dnia **02 marca 2023 r.** do godz. **10.00**

Oznakowane: **2/ZP/2023**

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na platformie e-Zamówienia, tym samym nie zostanie otwarta przez Zamawiającego;

2. Termin otwarcia ofert

Otwarcie nastąpi dnia **02 marca 2023 r.** o godz. **10.10**

w Rozdziale XIX w pkt 1 i pkt 2 SWZ po zmianie jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.03.2023 r., do godz. 10:00., za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie E-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Centrum pomocy”, dostępnej na stronie: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf>.

2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 07.03.2023 r., o godz. 10:10.

3. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

4. Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dyrektor SPZOZ w Augustowie

Danuta Zawadzka