

Augustów dn. 08 września 2023 r.

Wszyscy Uczestnicy

postępowania 21/ZP/2023

Dotyczy : „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie nr referencyjny 21/ZP/2023

Odpowiadając na zapytania Wykonawców Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

Pakiet 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści setony pakowane po 60 sztuk, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny pakowany w kartonik w formie podajnika?

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki posiadające elastyczne uszy zamiast ściągacza taliowego, o przedziale wagowym 11-18 kg, chłonności 740 g w opakowaniu zawierającym 38 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki posiadające elastyczne uszy zamiast ściągacza taliowego, o przedziale wagowym powyżej 15 kg, chłonności 860 g w opakowaniu zawierającym 34 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne wykonane z włókniny o gramaturze 45g/m², ze spodniami posiadającymi trok do regulacji obwodu zamiast gumki? Podstałe parametry zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące treści umowy:

Pytanie 1: Czy za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Tak.

Pytanie 2: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5: Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6: Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary w § 7 ust. 3 do poziomu 0,5% niezrealizowanej części zamówienia?

Zamawiający nie wyraża zgody.

SIWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga załączenia próbek do oferty czy na wezwanie Zamawiającego ?

Na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienie próbek?

Zamawiający przewiduje taką możliwość.

Uzupełnienie odpowiedzi z dnia 01 września 2023 r. :

49. Pakiet 1 pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z nazwą producenta umieszczoną na opakowaniu jednostkowym?

Zamawiający dopuszcza.

142. Pakiet 7 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 180 x 180 cm (zamiast 180 x 170 cm)?

Zamawiający dopuszcza.

Zastępca dyrektora ds. opieki zdrowotnej

/-/ Wioletta Tomaszycska – Bednarczyk