

Augustów, dnia 21 marca 2023 r.

**-strona prowadzonego postępowania-  
-wszyscy Wykonawcy-**

Nasz znak : SPZOZ L.dz. 761/2023

Dotyczy: Dostawa aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, numer sprawy: 4/ZP/2023

Odpowiadając na zapytania oferentów Zamawiający wyjaśnia co następuje :

Pytanie 1

Ad. § 1 ust. 3 pkt. d) – wzór umowy

Czy Zamawiający pod pojęciem dokumentacji serwisowej rozumie dostarczenie harmonogramu przeglądów, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego urządzenia oraz instrukcji obsługi w języku polskim?

**Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. – paragraf 58 rozporządzenia.**

Pytanie 2

Ad. § 1 ust. 3 pkt. e) – wzór umowy

Czy Zamawiający usunie punkt dotyczący przekazania dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia po upływie gwarancji?

W praktyce, całość dokumentacji technicznej/serwisowej jest przekazywana w dniu dostawy sprzętu.

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 3

Ad. § 2 ust. 4 pkt. b) – wzór umowy

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim, w której określone są wymagania producenta dotyczące przeglądów i konserwacji?

**Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. – paragraf 58 rozporządzenia.**

Pytanie 4

Ad. § 4 ust. 3 – wzór umowy

Czy Zamawiający zmieni zapis z „W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do naprawy urządzenia, w tym usunięcia wady fizycznej lub do dostarczenia urządzenia wolnego od wad wg wyboru Wykonawcy, w terminie 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego.” na „W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do naprawy elementu/podzespołu, w tym usunięcia wady fizycznej lub do dostarczenia elementu/podzespołu wolnego od wad wg wyboru Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy - w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego”?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 5

Ad. § 4 ust. 7, § 8 ust. 1 – wzór umowy

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,2% na 0,1%?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 6

Ad. OPZ pkt. 62

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, wyposażony w szerokopasmową głowicę convex wykonaną w technologii pojedynczego kryształu, do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych, pracującą w zakresie częstotliwości 1-7 MHz, ilością elementów: 192, kątem skanowania 66°, z możliwością pracy z przystawką biopsyjną”?

**Zamawiający dopuszcza taki aparat.**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

/-/ Danuta Zawadzka